入　　札　　公　　告

次のとおり一般競争入札に付します。

平成２３年　１月　６日

独立行政法人水産総合研究センター
中央水産研究所長　福田　雅明

１．調　達　内　容

（１）調達物品及び数量　高速液体クロマトグラフ用オートサンプラ　外１点

（２）調達物品の仕様　入札説明書による

（３）納　入　期　限　平成２３年　３月　４日

（４）納　入　場　所　入札説明書による

（５）入　札　方　法　落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので，入札者は，消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２．競争参加資格

（１）独立行政法人水産総合研究センター契約事務取扱規程（平成１３年４月１日付け１３水研第６５号）第１２条第１項及び第１３条の規定に該当しない者であること。

（２）平成22年度，平成23年度，平成24年度独立行政法人水産総合研究センター競争参加資格又は全省庁統一資格の「物品の製造」の業種「精密機器類」で「Ａ」，「Ｂ」，「Ｃ」又は「Ｄ」いずれかの等級に格付けされている者であること。

（３）独立行政法人水産総合研究センター契約事務取扱規程第１３条の規定に基づく指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。ただし，全省庁統一資格において，国の機関の同様の指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている場合は，この限りでない。

３．入札の日時及び場所等

（１）入札説明書の交付方法　下記３．（１）宛に郵送により交付する入札説明書に対する質問回答書（以下「入札説明書」という。）を，郵送に用の上記２－１２－４横浜市金沢区福浦２－１７－１独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所総務部業務課封筒（角２）１枚（１２３円切手を貼付し，あて先を明記したもの）を添付した書留郵便により請求すること。

（２）入札説明会の日時及び場所　入札説明書の交付を受けた者全員に，入札説明会を２月１４日に行う。ただし，入札説明会の日までに入札説明書に対する質疑が登録されない場合は，入札説明会を開催しない。質疑は，メールにより１月２６日までに受付ける。質疑が登録された場合は，入札説明会を開催し，質疑者全員に対して，メールにより１月２７日までに回答する。

（３）入札の日時及び場所　平成２３年　１月２６日　１４時
神奈川県横浜市金沢区福浦２－１２－４
独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所
ビデオライブラリー室

４．その他

（１）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨。

（２）入札保証金及び契約保証金　免除。

（３）入札の無効　本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。

（４）契約書作成の要否　要。

（５）落札者の決定方法　予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

（６）競争参加者は，入札の際に独立行政法人水産総合研究センターの資格審査結果通知書写し又は全省庁統一資格の資格審査結果通知書写しを提出すること。

（７）詳細は入札説明書による。

購入仕様書

１．品　　名　　高速液体クロマトグラフ用オートサンプラ　外１点

２．数　　量　　オートサンプラ　１台
　　ワークステーション　１式

３．仕　　様

（１）オートサンプラ

1)当所所有の高速液体クロマトグラフ（島津製作所製）LC-20A システム（LC-20AD,CTO-20A、DGU-20A3、SPD-20A、RF-20A）に接続可能なこと。

2)自動でサンプルを注入することが可能であり、注入正確さが±１％（50 μ L）、注入精度が 0.3%RSD 以下であること。

3)PEEK 製ロータシールを採用し、クロスコンタミネーションが 0.01%未満であること。

4)本体にバリデーション機能を有すること。

5)1.5ml バイアルで一度に100以上の試料が処理可能なこと。

（２）ワークステーション

1)当所所有の高速液体クロマトグラフ（島津製作所製）LC-20A システム（LC-20AD,CTO-20A、DGU-20A3、SPD-20A、RF-20A）に接続可能で、これらのシステムを一括で制御できること。

2)収集されたデータを保存可能なデスクトップ PC が付属されていること。

４．納入場所

神奈川県横浜市金沢区福浦２－１２－４
独立行政法人水産総合研究センター
中央水産研究所

５．納入期限

平成２３年３月４日

６．その他

１）操作説明の実施

２）据付および調整

本装置一式の搬入、据付および調整等にかかる経費は契約業者負担とする。

３）取扱説明書は、すべて日本語対応である事。

４）詳細については担当職員の指示に従い、完全に行う事。